Titolo

Società sportiva – doveri della società - utilizzo del defibrillatore semiautomatico o automatico esterno (DAE) – presenza di defibrillatore non perfettamente funzionante – equivale ad assenza

Descrizione

Dalle disposizioni previste in tema di utilizzo del defibrillatore semiautomatico o automatico esterno (DAE) si evince che la semplice presenza di un defibrillatore che tuttavia non sia perfettamente funzionante ed in condizioni di operatività - perché non manutenuto, registrato e comunicato al 118, né affidato a personale formato e pronto al suo utilizzo - può dirsi equivalga al non averlo affatto in dotazione.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 105/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

Galli

Riferimenti normativi

art. 7 decreto-legge n. 158/2012, convertito in legge n.189/2012; decreto Ministero della salute 24 aprile 2013; art. 4 legge n. 116/2021.

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0105 CFA del 11 aprile 2024 (Procura federale interregionale/Sig. Fabio Lamesi - A.S.D. Priverno A. Palluzzi)